

フライアッシュ認証標準物質 ダイオキシン類分析用

JSAC 0501(高濃度), JSAC 0502(低濃度)



灰の種類：フライアッシュ

形態：粉体(粒度：106 μm 以下)

共同実験参加機関数：19 機関

特徴：ゴミ焼却炉のダイオキシン類の排出規制に対応する
フライアッシュ認証標準物質です。

本標準物質は都市ごみ焼却炉の電気集塵機から
採取したものです。

実試料の分析結果の妥当性確認などに使用できます。

認証成分：PCDDs及びPCDFsの17異性体,PCDDs
及びPCDFsの同族体10種,DL-PCBsの
12異性体。

認証値

毒性当量(TEQ)合計 (ng/g)

成分	JSAC 0501	JSAC 0502
PCDDs + PCDFs	2.40 ± 0.16	0.860 ± 0.057
DL-PCBs	0.0283 ± 0.0017	0.0195 ± 0.0015
ダイオキシン類 合計	2.43 ± 0.16	0.879 ± 0.060

頒布本体価格：50g 瓶入り各 1 本につき本会団体会員：100,000 円, それ以外：150,000 円(送料込み, 消費税別)